

๑.๒. เก้าอี้เข็นมีล้อ - พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)

- ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- เก้าอี้พยาบาลชนิดนี้ ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้
- เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้
- เก้าอี้ชนิดนี้มี ๔ ล้อ
- เก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง (สามารถพับได้)
- บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีค้ำโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้
- มี Safety Belts ๒ เส้น เพื่อป้องกันผู้ป่วยในขณะที่เคลื่อนย้าย
- ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด
- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน ๑๖๐ กิโลกรัม
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑.๓. เก้าอี้ตามคอ

- โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- สามารถปรับขนาดได้ โดยมีสายรัดแบบปะติด
- ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- มี ๓ ขนาด (S , M , L)

๑.๔. ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนฉนวน

- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดฉนวน
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท
- มีผ้าพันแขน ๑ ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก
- สายยาวต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
- ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด - เปิดผ่านท่ออย่าง ๒ ท่อ สะดวกต่อการควบคุม
- ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

๑.๕. เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า ๑๒ VDC และ ๒๒๐ VAC มีแบตเตอรี่ในตัว

- ใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้  
ภายในตัวเครื่อง

- น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้
- มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า

๑๕ ลิตรต่อนาที

- ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ
- มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร
- แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑.๖. แผงควบคุมระบบออกซิเจนและเครื่องวัดความดันโลหิต

- ชุดสัญญาณเตือนและสลับถังออกซิเจนอัตโนมัติ (O<sub>2</sub> Interchange)

/มีสัญญาณ....